



RAPPORT D'ANALYSE



Nom du client : STE FESSI PLASTIQUE
Adresse : 5 RUE BENI MESIME 7050 BIZERTE
Provenance : NEANT
N° de dossier : 260602
PV/Déc : NEANT

Date réception échantillon : 07/09/2026
Pièces jointes: thermogrammes

Analyse	Incertitude	Méthodes	Technique d'analyse	Résultat
BOUCLE D'IDENTIFICATION BOVIN : BOUCLE D'IDENTIFICATION BOVIN LABORATOIRE A THERMIQUE Date réalisation : De 14/09/2026 à 15/09/2026 Type d'analyse :DSC Analyse calorimétrique différentielle analyse DSC T° entre T° ambiante et 500 °C		Selon programme fourni	Analyse thermique par DSC	Stable thermiquement sur la plage T° amb -100°C

* Fin du rapport *

NB:

Restrictions d'exploitation du présent rapport d'analyse :

Les résultats du présent rapport d'analyse ne concernent que le corps de l'épreuve soumis à l'analyse et ne peuvent être élargis pour couvrir un quelconque lot.

Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire d'analyse.

L'INRAP n'émet pas d'avis et d'interprétations.

L'INRAP n'émet pas de déclarations de conformité.

Responsable technique

Mona Pami
Mona

Fait à Tunis le 18/09/2026

Responsable du Service Analyse



Har

Page 1 sur 1

INRAP

www.inrap.mrt.tn

Adresse
Technopole Sidi Thabet
2020 Tunis

Tel.
71 537 666
71 537 659

Fax
71 537 688